

Акт технической экспертизы №: А2602194 от: 28 августа 2026 г.

Дата обращения: 24.08.2026
Контрагент: Ситилинк (Хаскел) Мерлион Р
Оборудование: DORS 620 счетчик банкнот с антистоксовской детекцией
Серийный номер: 014764
Код оборудования: FRZ-025281
Склад: Ремонт клиентский (касса)
Комплектация: в коробке +шнур на гарантии СРОЧНО !!!! сроки ограничены до 30 дней ГАРАНТИЯ ПО ЧЕКУ! от.22,01,26г
Состояние прибора: б/у
Претензия клиента: в ремонт выд. ошибку Тел 8 926 163 00 10 Ренат +8 495 651 62 28 (4477) если плат. ТОиПО согл. с мендж.Мурашова Р.
Версия ПО:
Показания счетчика:
Гарантийность: Да
Дата постановки на гарантию:
Нарушение гарантийности: Нет
Описание нарушения гарантийности:

№	Наименование услуги
1	Техническое обслуживание счетчика банкнот без калибровки

Код	Наименование запасной части	Количество
-----	-----------------------------	------------

Замечания инженера: Ошибка УФ при включении и калибровке, запылится датчик ТО + калибровка
Статус работ: Работы выполнены
Рекомендации по прибору: Возврат клиенту
Дата выполнения работ: 28.08.2026

Инженер:

Руководитель: